



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση: οδός Ναυπάκτου 93
Πληροφορίες: Πλαστήρα Παν.
Τηλέφωνο: 2631360185
E-mail: plastiraprom@1703.syzefxis.gov.gr

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 13-08-2024

Αρ. Πρωτ:8057

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ CPV: 33172200-8 » ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISUPPLIES-2024

Έχοντας υπόψη:

A) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:

- 1.Του Ν.2955/2001 προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
- 2.Του Ν.3329/2005 Εθνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και λοιπέ διατάξεις.
- 3.Του Ν.3580/2007 Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
- 4.Του Ν.3918/2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις.
5. Του Ν.4238/2014(Α'38) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ,αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις .
- 6.Του Π.Δ.80/2016(Α'145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
- 7.Του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών .
- 8.Του Ν.4486/2017(ΦΕΚ 115/07.08.2017).
- 9.Η παρ.4 του αρ.9 του ΠΔ80/2016.
- 10.Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-03-2021).

B) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις :

1. Η αρ. 41^{ης} της 30-07-2024 (θέμα 16^ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού από το Νοσοκομείο.

2.Την υπ'αριθμ. 608/0 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης του νοσοκομείου ,με ΑΔΑ:ΨΗΜΛ46907Π-51Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια «**ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ CPV: 33172200-8** » για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤ ΗΤΕΣ | ΕΝΔΕΙΚ ΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ | ΕΝΔΕΙΚΥΤ ΙΚΗ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ | ΚΩΔ. ΕΙΔΩΝ |
|-----|---|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ | TEM | 50 | 6,40 €/TEM | 320,00€ | ----- |
| 2 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 1 CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ MURPHY EYE | TEM | 2400 | 0,49€- TEM | 1.176,00€ | NO6-01766 |
| 3 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF | TEM | 300 | 2,90 €/TEM | 870,00€ | 1000219 |
| 4 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΚΥΡΤΩΜΕΝΟΙ ΜΕ 1 ΜΕΓΑΛΟ CUFF (NO 4 - 6) | TEM | 100 | 6,80€/TE M | 680,00€ | NO3-01300, NO3,5- 00663, NO4-01307, NO5-10970, NO5,5- 01302, |
| 5 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF | TEM | 20 | 4,15€/TE M | 83,00€ | NO7- 1000065 |
| 6 | ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ Νο 3,4,5 | TEM | 100 | 4,50 €/TEM | 450,00€ | 02043 |
| 7 | ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (No 10) | TEM | 100 | 0,89€/TE M | 89,00€ | NO10-10643 |
| 8 | ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΜΑΓΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ 60-70 CM | TEM | 4 | 11,00€/T EM | 44,00€ | 1001436 |
| 9 | ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΥΓΡΑΝΣΗΣ.(ΕΝΗΛΙΚΩΝ). | TEM | 1600 | 0,498€/T EM | 796,80€ | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | | |
| 10 | ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ NO6,5-01675, ,NO8-10326, NO7-01676 | TEM | 2.000 | 0,18€/ΤΕ Μ. | 360,00€ | NO2-99978 |
| 11 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 00144 | TEM | 400 | 1,40€/ΤΕ Μ. | 560,00€ | NO6,5- 01675, ,NO8-10326, NO7-01676 |
| 12 | AMBU ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ | TE M | 4 | 123,25€/ΤΕ TEM | 493,00€ | 00019 |
| 13 | ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ | ΛΙΤ ΡΑ | 800 | 3,60€/ΛΙ Τ | 2.880€ | 01808 |
| 14 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Υ. | TEM | 20 | 0,50€/ΤΕ Μ | 10,00€ | 1001437 |
| 15 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ | TEM | 20 | 0,674€/Τ ΕΜ | 13,48€ | 1001438 |
| 16 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. | TEM | 20 | 1,20€/ΤΕ Μ | 24,00€ | 1001439 |
| 17 | ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ή AMBU ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ | TEM | 40 | 0,56€ | 22,40€ | 01380 |
| 18 | ΑΣΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2,3ΛΙΤΡΩΝ | TEM | 20 | 25,00€ | 500,00€ | 01215 |
| 19 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ – ΑΙΜΑΤΟΣ(ΠΟΥΑΡ) 1000CC | TEM | 15 | 7,50€ | 112,50€ | ----- |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ | | | | | 9.484,18€ | |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%και 13% | | | | | 11.760,38€ | |

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ | |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>1. ΣΕΤ κυκλώματος αναισθησιολογικού μηχανήματος μιας χρήσης. 2. από ενισχυμένο κρικοειδή σωλήνα, με ενίσχυση στα άκρα. 3. Τα κυκλώματα να αποτελούνται από αδιαφανείς σωλήνες σπιράλ μήκους από 150cm έως 180cm περίπου, οι οποίοι να είναι σταθερά συνδεδεμένοι μεταξύ τους με συνδετικό 'Υ' το οποίο να φέρει μια οπή για καπνογράφο και μια οπή για την ένδειξη θερμοκρασίας-πίεσης, συνδετικό τύπου "Γ", και 4. από πρόσθετους σωλήνες μήκους από 110cm έως 120cm περίπου και ασκούς κατά περίπτωση. 5. Οι σωληνώσεις να είναι τύπου EVA TUBING, κρικοειδείς εσωτερικά και εξωτερικά για να επιτυγχάνεται κατάλληλη ευκαμψία και ελαστικότητα για τις συνδέσεις τους. 6. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ενισχυμένα για τη σταθερή και ασφαλή σύνδεσή τους με τα μηχανήματα, ώστε να υπάρχει ευκολία και ασφάλεια κατά την διάρκεια της χρήσης των, ενώ 7. θα πρέπει να εφαρμόζουν σε όλα τα μηχανήματα. 8. Τέλος, το σετ να προσφέρεται και με ασκό για ενήλικες χωρητικότητας περίπου 2 λίτρων ή για παιδιά χωρητικότητας περίπου 0,5 λίτρων.</p> |
| 2 | <p>Ενδοτραχειακοί σωλήνες με 1 cuff χαμηλής πίεσης , μεγάλου όγκου και Murphy eye</p> | <p>Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από: καθαρό θερμοευαίσθητο PVC με ακτινοσκοπική γραμμή καθ' όλο το μήκος . Οι διαγραμμίσεις και η αρίθμηση να είναι μεγάλες και ευδιάκριτες. Να διαθέτει μαρκάρισμα pre – cut για ρινική ή στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει άκρο στρογγυλεμένο και ατραυματικό. Να διαθέτει οπή MURPHY η οποία να είναι στρογγυλεμένη και ατραυματική . Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου να είναι ευαίσθητο ώστε να παρακολουθεί τις διάφορες αλλαγές πίεσης κατά τον αναπνευστικό κύκλο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου και χαμηλής πίεσης, να διευκολύνει την οπτική επαφή κατά την διασωλήνωση .Το cuff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση.Να έχουν cuff "με κωνικό" σχήμα που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να γεμίσει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας ώστε να είναι ατραυματικό.Το cuff να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.Να διαθέτει εύχρηστο πιλότο φουσκώματος του cuff, εξαιρετικής ευαισθησίας και μετάδοσης της αίσθησης πληρότητας του μπαλονιού.Επάνω στον οδηγό πιλότο πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες spiral με cuff | <p>Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από καθαρό θερμοευαίσθητο PVC :να διαθέτει ακτινοσκοπική γραμμή καθ' όλο το μήκος (πλήρως διαφανής).Οι διαγραμμώσεις και η αρίθμηση να είναι μεγάλες και ευδιάκριτες.Να διαθέτει άκρο στρογγυλεμένο, ατραυματικό ακτινοεντοπιζόμενο.Να διαθέτει έλασμα ανοξειδωτου χάλυβα, ομοιόμορφα τοποθετημένο σπειροειδώς εσωτερικά του σωλήνα, καθ' όλο το μήκος του.Να διαθέτει οπή MURPHY η οποία να είναι στρογγυλεμένη και ατραυματική.Το cuff να είναι σταθερά συνδεδεμένο στον σωλήνα και να μην μετατοπίζεται, να είναι αδιαφανές για εύκολη οπτική θεώρηση.Να διαθέτει ενισχυμένο μανίκι το οποίο να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να δαγκώσει ο ασθενής τον σωλήνα και να φέρει οδηγό διασωλήνωσης.Να διαθέτει εύχρηστο πιλότο φουσκώματος του cuff, εξαιρετικής ευαισθησίας και μετάδοσης της αίσθησης πληρότητας του μπαλονιού.Το συνδετικό του ενδοτραχειακού να είναι σταθερά συνδεδεμένο στον σωλήνα ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα αποσύνδεσής του. Να διαθέτει διαγραμμώσεις άνωθεν του cuff, προς ένδειξη τοποθέτησης κάτω των φωνητικών χορδών. Να διατίθεται στα παρακάτω νούμερα: β) Νο 5-9</p> |
| 4 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες ειδικοί για μικρολαρυγγοσκόπηση προκυρτωμένοι με 1 μεγάλο cuff (No 4 - 6) | <p>Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό που να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα. Να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντέχουν στις πιέσεις κατά την μικρολαρυγγοσκόπηση. Να έχουν ακτινοσκοπική γραμμή.Η καμπύλη του σωλήνα να είναι ανατομική και μαλακή για την άνετη τοποθέτηση του πάνω από το πηγούνι και τα χείλη.Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό, που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF να είναι ιδιαίτερα μεγάλο (κατάλληλο για ενήλικες), έτσι ώστε να παρά τη μικρή διάμετρο του σωλήνα να μην αναπτύσσονται υψηλές πιέσεις.Το CUFF να είναι μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης. Νο 4-6.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | <p>Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff</p> | <p>Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό που να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου ή σιλικοναρισμένου P.V.C. Να έχουν ακτινοσκοιερή γραμμή. Επάνω στον οδηγό πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο. Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη τοποθέτηση, αλλά, ο σωλήνας στη θερμοκρασία σώματος να μαλακώνει και αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενή . Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό, που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Να έχουν CUFF “με κωνικό” σχήμα που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να γεμίσει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας ώστε να είναι ατραυματικό. Το CUFF να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια. Να προσφέρονται σε διάφορα μεγέθη κατάλληλα για ενήλικες (διαμέτρου 5 έως 9 mm εσωτερικής διαμέτρου)</p> |
| 6 | <p>ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσης που δεν απαιτεί τη χρήση λαρυγγοσκοπίου</p> | <p>Η λαρυγγική μάσκα :</p> <p>-Να είναι μιας χρήσεως. - Να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικό.- Να είναι ατραυματική.</p> <p>Μεγέθη: να καλύπτουν τις ανατομικές διαφορές μικρόσωμων, κανονικών και εύσωμων ενηλίκων.</p> |
| 7 | <p>Οδηγοί ενδοτραχειακών σωλήνων</p> | <p>Όλων των μεγεθών, σε αποστειρωμένη συσκευασία και σε μεγέθη S,M,L, να αποστειρώνονται(πολλαπλών χρήσεων), εύκαμπτοι, όχι ιδιαίτερα μαλακοί, να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό πλαστικό μη ερεθιστικό και το άκρο τους να είναι ατραυματικό και εύκαμπτο, να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου Β6. Να έχει επιθυμητό σχήμα κατά την διασωλήνωση.</p> |
| 8 | <p>Οδηγοί αλλαγής τραχειοσωλήνα 60-70 cm</p> | |

| | | |
|----|--|---|
| 9 | ΦΙΛΤΡΑ Αντιμικροβιακά φίλτρα θέρμανσης-ύγρυνσης. | Αντιμικροβιακό φίλτρο θέρμανσης -ύγρυνσης:- Να είναι ταυτόχρονα εναλλάκτης ύγρυνσης θέρμανσης. - Να είναι αποστειρωμένο, διαφανές, υδρόφοβο,ελαφρύ σε βάρος (μικρότερο από 30γρ.) και με όγκο μικρότερο από 50ml. - Να έχει υποδοχή για καπνογράφο. - Να έχει αντιμικροβιακή - αντιβακτηριακή ικανότητα βάσει των νέων διεθνών standars, τουλάχιστον 99,99999%. - Να έχει εύχρηστο σχήμα και να κατακρατεί ιούς μικρότερους των 0,023μm. - Να παρουσιάζει χαμηλές αντιστάσεις (μικρότερες από 1,5hPa (cm H ₂ O) με ροή 30 l/min σε 6 ή 24 ώρες. - Το όριο όγκου να είναι από 150-1200ml (tidal volum).Τα ανωτέρω να αναφέρονται αναλυτικά σε μεταφρασμένο prospectus. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ |
| 10 | ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ | Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσης, άθραυστοι, από εύκαμπτο και απαλό Nylon, ατραυματικοί, να είναι ειδικά σχεδιασμένοι για το εύκολο πέρασμα του καθετήρα στις αναρροφήσεις, να έχουν χρωματικές ενδείξεις στο επιστόμιο , ανάλογες με το μέγεθός τους οι οποίες να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά δεδομένα(στάνταρ), να διατίθενται σε νούμερα 0-6. Να έχουν στρογγυλεμένο μαλακό και ατραυματικό άκρο. - Να έχουν ανατομικό σχήμα και οι καμπύλες γραμμές τους να είναι φιλικόι με τον ασθενή. Το άκρο να είναι ενισχυμένο, ώστε να διασφαλίζει την αναπνευστική οδό. |
| 11 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ | Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό πλαστικό PVC για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής περιοχής, το υλικό να μην κάμπτεται, να συνοδεύεται από παραμάνα για πιο ασφαλή στήριξη, τα άκρα τους που έχουν επαφή με τον ασθενή να είναι μαλακά & στρογγυλεμένα, μιας χρήσης, να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.Όλα τα μεγέθη. |
| 12 | AMBU ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ | Πολλαπλών χρήσεων, να αποτελείται από ambu,μάσκα & αποθεματικό ασκό οξυγόνου & συνδετικό για την παροχή οξυγόνου: ο ασκός να είναι από ανθεκτική σιλικόνη, αντιβακτηριδιακός για μακρά διάρκεια ζωής & να μην αλλοιώνεται με τους πολλαπλούς κλιβανισμούς και να αντέχει στους 135 βαθμούς Κελσίου. Οι βαλβίδες να είναι από άθραυστο υλικό διαφανές , να αντέχει στο χρόνο και σε θ 135 βαθμών, οι μάσκες να είναι άθραυστες, κλιβανιζόμενες ,να φέρει αποθεματικό ασκό που παρέχει 100% συγκέντρωση Οξυγόνου χαμηλής ροής. Να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές & να φέρουν CE. |

| | | |
|----|---|--|
| 13 | ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ | Η νατράσβεστος να είναι σχηματοποιημένη ώστε να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια και την μικρότερη δυνατή τριβή. Να αποκλείει τη δημιουργία σκόνης. Να μειώνει την πιθανότητα παραγωγής τοξικών παραγώγων (compoundA). Μονοξειδίο του άνθρακα (Co) , θερμότητα, ξήρανσης. Να χρησιμοποιείται με όλα τα αναισθητικά εισπνοής. Να αναφερθεί και να τεκμηριωθεί το ποσοστό αναρρόφησης διοξειδίου του άνθρακα το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. |
| 14 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Συνδετικό τύπου Υ. | Το συνδετικό: -Να είναι διαφανές, σχήματος Υ. - Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, υψηλής ποιότητας υλικό. - Να ταιριάζει στα κυκλώματα των αναισθησιολογικών μηχανημάτων και τους ενδοτραχειακούς σωλήνες. |
| 15 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Συνδετικά κρικοειδή | Το συνδετικό: - Να είναι διαφανές, ανθεκτικό και γωνιώδες, - Να είναι κατασκευασμένο από σωλήνα κρικοειδή εξωτερικά και λείο εσωτερικά. - Να προσφέρεται με μήκος 12-15cm, διάμετρο 15mm , ένα άκρο 22F και άλλο άκρο 22M/15F. - Να ταιριάζει στα κυκλώματα των αναισθησιολογικών μηχανημάτων και τους ενδοτραχειακούς σωλήνες. |
| 16 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σετ με συνδετικό τύπου Τα και συσκευή νεφελοποίησης. | Το σετ: - Να αποτελείται από συνδετικό, υγρανήρα και σωλήνα οξυγόνου. Το συνδετικό: - Να είναι σχήματος Τα που το ένα άκρο του να έχει διάμετρο 22mm F και τα άλλα δύο 22mm/15mm. - Να είναι κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας υλικό. - Να προσαρμόζεται στο κύκλωμα αναπνευστήρα, τα ενδοτραχείους σωλήνες και στα τραχειοστόμια. Ο υγρανήρας (nebulizer): - Να δέχεται σωλήνα οξυγόνου και να προσαρμόζεται στο T. - Να είναι κατάλληλος για νεφελοποίηση φαρμάκων. Ο σωλήνας οξυγόνου: - Να έχει μήκος 180cm . - Να είναι κατασκευασμένος από μαλακό διαφανές PVC. - Να διαθέτει ελαστικά συνδετικά στα δύο άκρα του. |
| 17 | ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ή AMBU ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ | |
| 18 | ΑΣΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2,3ΛΙΤΡΩΝ | |
| 19 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ –ΑΙΜΑΤΟΣ(ΠΟΥΑΡ) 1000CC | |

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 11.760,38€ με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/09/2024 ώρα 13:00μ.μ.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:

- α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
- β) Κωδικός είδους εταιρείας
- γ) Κωδ. Κατασκευαστή
- δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
- ε) REF Number
- στ) Κατασκευαστικός οίκος

2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ

(GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.

4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ'επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

A) Οικονομική προσφορά,

B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότηρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι

πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Αν.Διοικήτρια

Φιλιππούλου Π. Ελένη