



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ**  
**ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ**  
**Ταχ. Δ/ση: οδός Ναυπάκτου 93**  
**Πληροφορίες: Πλαστήρα Παν.**  
**Τηλέφωνο: 2631360185**  
**E-mail: [plastiraprom@1703.syzefxis.gov.gr](mailto:plastiraprom@1703.syzefxis.gov.gr)**

**ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 29-09-2026**  
**Αρ. Πρωτ:8591**

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ**

**ΣΧΕΤ. 1** Οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε **οικονομική προσφορά μέσω της πλατφόρμας i-supplies μέχρι 05/10/2026 και ώρα 12:00** γιατί θα προβούμε σε διαγωνιστική διαδικασία για την επείγουσα ανάγκη προμήθειας των παρακάτω ειδών **«ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ»CPV: 33141615-4** για το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΙΔΗ:

| A/A | Περιγραφή ΕΙΔΟΥΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ποσότη.       | Μ.Μ. | ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------|
| 1.  | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000 ML ΑΠΛΟΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1000</b>   | TEM  | 00430               |
| 2.  | ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>40</b>     | TEM  | 10558               |
| 3.  | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40</b>     | TEM  | 1000567             |
| 4.  | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΗΡΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΝΩΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200</b>    | TEM  | 00432               |
| 5.  | <b>ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ 2ΛΙΤ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΥΠΟΥ Τ .</b><br>Ουροσυλλέκτες με κάνουλα τύπου "Τ" μη αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.<br><b>1)</b> Ο σάκος συλλογής ούρων να είναι χωρητικότητας 2000 ml με διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml .<br><b>2)</b> Να διαθέτει ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα. | <b>30.000</b> | TEM  | 00431               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p><b>3)</b>Ο σωλήνας να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στα τσακίσματα και έχει μήκος τουλάχιστον 90cm και να καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο .</p> <p><b>4)</b>Να διαθέτει ενισχυμένες οπές για ασφαλή και σίγουρη στήριξη του ουροσυλλέκτη <b>5)</b>Να είναι συσκευασμένοι σε ασφαλή ατομική συσκευασία</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**«ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ»CPV: 33141615-4**

| <b>A/A</b> | <b>ΕΙΔΟΣ</b>                                | <b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000 ML ΑΠΛΟΣ</b> | <p>1. Να είναι πλαστικοί , διαφανείς, κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου μη τοξικό απυρογενές PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, απολύτου στεγανότητας.</p> <p>2. Να διαθέτει εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη.</p> <p>3. Να έχουν εύκαμπτο, πλαστικό, διαφανή σωλήνα μήκους άνω των 90cm που δεν τσακίζει, με μεγάλη εσωτερική διατομή περίπου 10mm. Να έχουν ακροφύσιο συνδετικό κατάλληλο για όλα τα μεγέθη των καθετήρων, που να προστατεύεται με κάλυμμα.</p> <p>4. Ο σάκος συλλογής να είναι χωρητικότητας 2000cc με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100cc.</p> <p>5. Ο σάκος συλλογής να έχει ενισχυμένες οπές που να επιτρέπουν την προσαρμογή για ασφαλή στήριξη.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2</b>   | <b>ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ</b>       | <p>Να είναι αποστειρωμένες με εμφανή την ημερομηνία λήξης, συσκευασμένες σε ασφαλή ατομική συσκευασία και να φέρουν σήμανση CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να είναι κατασκευασμένες από ιατρικού τύπου μη τοξικό απυρογενές PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, απολύτου στεγανότητας.</li> <li>- Να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα, ώστε να επιτρέπουν την τοποθέτηση σε διάφορα ύψη.</li> </ul> <p>Ο σάκος συλλογής ούρων</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να έχει χωρητικότητα άνω των 2000cc, με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100cc και να φέρει βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη.</li> <li>- Να φέρει κάνουλα εκκένωσης τύπου T , αναδιπλούμενη ώστε να μην στάζει και να συνδέεται με απλό ουροσυλλέκτη.</li> </ul> <p>Ο σωλήνας</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να έχει μήκος άνω των 90εκ., να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα και να έχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή- πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια.</li> <li>- Να φέρει βαλβίδα που εμποδίζει την παλινδρόμηση των ούρων στο ογκομετρικό τμήμα και ουροσυλλέκτη</li> <li>- Να είναι πλαστικός διαφανής με μεγάλη εσωτερική διάμετρο, να μην τσακίζει και να φέρει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων.</li> </ul> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Το ογκομετρικό δοχείο</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να είναι πλαστικό, ενσωματωμένο και συνδεδεμένο πάνω στο σάκο.</li> <li>- Να φέρει διαβάθμιση για τα πρώτα 10ml ανά 1 ml</li> <li>- Να έχει χωρητικότητα 500ml με ευκρινή διαβάθμιση.</li> <li>- Να διαθέτει βαλβίδα ελεγχόμενης κένωσης των ούρων προς τον ουροσυλλέκτη.</li> <li>- Να φέρει αεραγωγούς στον ογκομετρικό θάλαμο και στον ουροσυλλέκτη για την εξαγωγή του αέρα από το σύστημα με υδρόφοβο φίλτρο κατακράτησης βακτηριδίων για την αποφυγή μολύνσεων.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3</b> | <b>ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | <p>Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να είναι χωρητικότητας 2000ml.</li> <li>- Να έχουν ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml.</li> <li>- Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου μη τοξικό απυρογενές PVC με διπλές ραφές ασφαλείας απολύτου στεγανότητας.</li> <li>- Να έχουν μήκος σωλήνα μεγαλύτερο των 90 εκατοστών, ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα.</li> <li>- Ο σωλήνας έχει μεγάλη εσωτερική διάμετρο, προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη διέλευση πηγμάτων.</li> <li>- Να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα.</li> <li>- Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη.</li> <li>- Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου μη τοξικό, απυρογενές PVC, με διπλές ραφές ασφαλείας.</li> <li>- Να υπάρχει ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου, ασφαλής και εύχρηστη, σχήματος T.</li> <li>- Να φέρει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων.</li> <li>- Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή –πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια.</li> <li>- Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι.</li> </ul> |
| <b>4</b> | <b>ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΗΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΝΩΣΗΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | <p>Να είναι αποστειρωμένοι με εμφανή την ημερομηνία λήξης, συσκευασμένοι σε ασφαλή ατομική συσκευασία και να φέρουν σήμανση CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Με κάνουλα εκκένωσης ασφαλή και εύχρηστη.</li> <li>- Με κλιμακωτό ακροφύσιο σύνδεσης, κατάλληλο για όλα τα μεγέθη καθετήρων και με ενσωματωμένο σύστημα διαπερατής μεμβράνης για υγιεινή λήψη δείγματος ούρων.</li> <li>- Να περιλαμβάνουν στηρίγματα κλίνης για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους κρεβατιών.</li> <li>- Να είναι κλειστού κυκλώματος με βαλβίδα αντιεπιστροφής του περιεχομένου τους προς την κύστη.</li> <li>- Να έχουν εύρος σωλήνα περί το 1 εκατοστό, καθώς και κάνουλα εκκένωσης που να αναδιπλώνεται, ώστε να κλείνει με ασφάλεια (όχι βαλβίδα) εύρους επίσης περί το 1 εκ., ώστε να μη βουλώνουν από αιμοπήγματα.</li> <li>- Να έχουν ρύγχος σωλήνα που να προστατεύεται από κάλυμμα</li> <li>- Με γραμμική διαγράμμιση ανά 100cc και εντονότερη ανά 500 cc, διαφανείς, ώστε να διακρίνεται η χροιά των ούρων.</li> <li>- Να έχουν σταγονομετρικό θάλαμο, με σύστημα αερισμού (υδρόφοβο και μη διαπερατό σε βακτήρια) για την</li> </ul>                                                                          |

αποκατάσταση της εσωτερικής πίεσης και ροής των ούρων.

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | <b>ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ 2ΛΙΤ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΥΠΟΥ Τ .</b> |
|----------|-------------------------------------------------------|

Ουροσυλλέκτες με κάνουλα τύπου "Τ" μη αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

**1)**Ο σάκος συλλογής ούρων να είναι χωρητικότητας 2000 ml με διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml .

**2)**Να διαθέτει ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα.

**3)**Ο σωλήνας να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στα τσακίσματα και έχει μήκος τουλάχιστον 90cm και να καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο .

**4)**Να διαθέτει ενισχυμένες οπές για ασφαλή και σίγουρη στήριξη του ουροσυλλέκτη **5)**Να είναι συσκευασμένοι σε ασφαλή ατομική συσκευασία

**Για το Γραφείο Προμηθειών -Γ. Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ**