



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η Υγειονομική Περιφέρεια
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων-Ηπείρου &
Δυτικής Ελλάδος
Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΑΡ.ΠΡ.: 9349
ΗΜΕΡ.: 16-10-2026

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
Πληροφορίες: Γενάρη Άννα
Ταχ. Δ/ση: Ναυπάκτου 87, Μεσολόγγι
Τηλ. : 2631-360185
Email : annagenari @1703.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια προϊόντων ταχέων ελέγχων **Συνδυαστικά Τεστ ανίχνευσης COVID-19 και Γρίπης A/B Ag με ρινικό ή ρινοφαρυγγικό επίχρισμα.**

Οι ποσότητες για την ανωτέρω προμήθεια είναι:

	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	Συνδυαστικά rapid test ανίχνευσης COVID-19 και Γρίπης A/B Ag με ρινικό ή ρινοφαρυγγικό επίχρισμα.	TEM 1500
2.	Rapid Strep A Test Card Ταχείας Ανίχνευσης Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α .	TEM 400

Επισυνάπτονται Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Συνδυαστικά Τεστ για την ποιοτική και ταχεία ανίχνευση αντιγόνων του Covid-19 και Γρίπης A/B Ag με δείγμα ρινικού επιχρίσματος ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Χαρακτηριστικά Ανοσοχρωματογραφικό kit για την ταχεία αναζήτηση ιών covid-19 και Γρίπης τύπου A	1500 τεμάχια

και Β, με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, με την μορφή κασέτας. Ανάγνωση του αποτελέσματος εντός 15 λεπτών. Το kit να περιέχει buffer, κασέτες, θετικό μάρτυρα, αρνητικό μάρτυρα και να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο αριθμό στυλεών. • Υψηλή ευαισθησία. • Υψηλή ακρίβεια • Εύκολο στη χρήση. • Δείγμα από ρινική βλέννα ή σάλιο. • Αποτελέσματα μέσα σε 15 λεπτά. • Μεμονωμένο πακέτο, εύκολο στη χρήση. • Ακρίβεια πάνω από 98.5%. • Να διατηρείτε σε θερμοκρασία έως 30^ο και να έχει μακρά ημερομηνία λήξης (> 12 μήνες) • Εγγύηση 2 έτη	
---	--

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τεστ στρεπτόκοκκου Strep A Test για ανίχνευση του στρεπτοκοκκικού αντιγόνου της ομάδας Α από τα φαρυγγικά επιχρίσματα Χαρακτηριστικά Ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση του στρεπτοκοκκικού αντιγόνου από δείγματα φαρυγγικού επιχρίσματος για να βοηθήσουν στη διάγνωση της στρεπτοκοκκικής λοίμωξης ομάδας Α Είναι εύκολο στη χρήση, χωρίς να απαιτείται εξοπλισμός με γρήγορα αποτελέσματα. Εύκολη οπτική ερμηνεία αποτελεσμάτων με γραμμή ελέγχου σε κόκκινο χρώμα και υψηλή ακρίβεια. • Υψηλή ευαισθησία. • Υψηλή ακρίβει • Εύκολο στη χρήση. • Δείγμα από φαρυγγικό επίχρισμα. • Αποτελέσματα μέσα σε 5 λεπτά. • Μεμονωμένο πακέτο, εύκολο στη χρήση. • Ευαισθησία: έως 95.1% • Ειδικότητα: έως 97.8%	400 ΤΕΜΑΧΙΑ

• Ακρίβεια: έως 97.1% • Πιστοποιημένο CE • Να διατηρείτε σε θερμοκρασία έως 30° και να έχει μακρά ημερομηνία λήξης (> 12 μήνες) Το kit να περιλαμβάνει • κασέτες ανίχνευσης στρεπτοκόκκου A • σωληνάρια επεξεργασίας δείγματος • σταγονομετρικά πώματα • 1 αντιδραστήριο A (2M Νιτρώδες Νάτριο) • 1 αντιδραστήριο B (0.027M Κιτρικό Οξύ) • 1 θετικό control (Μη-βιώσιμος Strep A; 0.09% NaN₃) • 1 αρνητικό control (Μη-βιώσιμος Strep C; 0.09% NaN₃) • αποστειρωμένοι στυλεοί για την συλλογή του δείγματος • 1 στατώ τοποθέτησης των σωληναρίων • ένθετο με οδηγίες	
---	--

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»