ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μπαλωμένου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: οδός Ναυπάκτου 87,Μεσολόγγι
Τ.Κ.: 30007
Τηλ.2631060173
E-mail :balomenoup@1703.syzefxis.gov.gr

6η ΥΠΕ
Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9926
ΗΜ/ΝΙΑ: 03/11/2026

ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΘΕΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «**ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ (ΠΑΝΩ -ΚΑΤΩ) ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**» **CPV : 33944000-9**

Σχετ.: Οι διατάξεις του Ν.4412/2016

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε **μη δεσμευτική οικονομική προσφορά** για την προμήθεια «**ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ (ΠΑΝΩ -ΚΑΤΩ) ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**» προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση του προϋπολογισμού για να προχωρήσουμε σε διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η **μη δεσμευτική** οικονομική προσφορά σας να κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή **15-11-2026 και ώρα 11:30 π.μ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ (ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ) ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο ψυκτικός θάλαμος δυο (2) θέσεων κάθετης φόρτωσης να είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
Να είναι ανοικτής σχεδίασης για την κατά το δυνατόν ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα σε όλο το εσωτερικό του θαλάμου.

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 0± 2^0 C έως +5 ^{0}C, σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος + 43^{O}C
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.200mm x2.350mm x2.500mm (ΠxBxY).

Να διαθέτει:
Στιβαρή αυτό υποστηριζόμενη κατασκευή από οκτώ (8) ανοξείδωτα, χαλύβδινα προκατασκευασμένα πάνελς με μόνωση-σάντουιτς πολυουρεθάνης πάχους 100 mm, υψηλής πυκνότητας και CFC free. Να συμπεριλαμβάνεται δάπεδο και οροφή.

Τα πάνελς να είναι τύπου sandwich και η θερμομόνωση να είναι από αφρό πολυουρεθάνης πυκνότητος 40kg/m3 περίπου. Τα πάνελς οροφής και τοιχωμάτων να μην περιέχουν ξύλο. Η εξωτερική και η εσωτερική επιφάνεια των πάνελς να είναι από φύλλα

ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI 304.

Τα πάνελς δαπέδου να διαθέτουν στην επάνω και στην κάτω επιφάνειά τους φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI 304. Η συναρμογή των πάνελς να είναι άψογη και να μην επιτρέπει τη δημιουργία οξειδώσεων. Να εξηγηθεί ο τρόπος που αυτό επιτυγχάνεται.

Ο βαθμος ασφάλειας κατα της πυρκαγιας να ειναι M1

Να διαθετει δύο (2) θαλάμους εμπρόσθιας φόρτωσης με ξεχωριστές θύρες, χωρητικότητας ενός σώματος
έκαστος.
Κάθε θάλαμος να φέρει πλήρες σύστημα για την άκοπη και αθόρυβη φόρτωση και εκφόρτωση των φορείων φόρτωσης σωμάτων, με χρήση ανοξείδωτου σκελετού 18/10. Το σύστημα ολίσθησης (π.χ. μέσω κυλίνδρων με επίστρωση PVC, ή ισοδύναμης τεχνικής λύσης) να εξασφαλίζει αθόρυβη, ομαλή και ασφαλή κίνηση του φορείου."
Επιπλέον, κάθε θάλαμος να διαθέτει ένα φορείο φόρτωσης σώματος κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304, κατάλληλων διαστάσεων που να προσαρμόζετε, στις θύρες του ψυκτικού θαλάμου και στον ψυκτικό θάλαμο, για την ασφαλή μεταφορά σώματος βάρους έως 250 κιλών, εξασφαλίζοντας την ασφαλή συγκράτηση και μεταφορά του σώματος (μέσω εκβάθυνσης τουλάχιστον 80mm ή ισοδύναμου σχεδιασμού), με κατασκευή χωρίς εμφανείς αρμούς που να δυσχεραίνουν την απολύμανση, και εφοδιασμένο με σύστημα ασφαλούς χειρισμού (χειρολαβές και/ή ρόδες με ρουλεμάν)."

"Το φορείο φόρτωσης σώματος να μπορεί να εξέρχεται του θαλάμου σε βαθμό που να επιτρέπει την ασφαλή αναγνώριση και πρόσβαση στο σώμα (μερικώς ή πλήρως, μέσω ολίσθησης ή με χρήση τροχήλατου συστήματος μεταφοράς). Να έχει τη δυνατότητα να φέρει σώμα βάρους 250± 20 κιλών τουλάχιστον."

Εσωτερικό φωτισμό και σύστημα κυκλοφορίας αέρα με εσωτερικό ανεμιστήρα. Επιπλέον να διαθέτει μηχανισμό, σε κάθε θύρα, για άνοιγμα εκ των έσω.
"Δύο (2) θύρες διαστάσεων κατάλληλων για την ασφαλή φόρτωση/εκφόρτωση και πρόσβαση στο φορείο, ανάλογα με το σύστημα στήριξης/μεταφοράς τουλάχιστον 800mm±50mm x600mm±50mm εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με σύστημα ασφάλισης (κλειδαριές), ελαστικά παρεμβύσματα στεγανοποίησης, εύκολα αντικαθιστάμενα, και πινακίδες με τα στοιχεία των νεκρών."
"Οι θύρες να είναι στερεωμένες με στιβαρούς μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα ή ισοδύναμο ανθεκτικό σε υγρασία και απολυμαντικά μέταλλο, και να φέρουν ειδική επένδυση κατά της υγρασίας. Να φέρουν θερμομόνωση από αφρό πολυουρεθάνης, όμοια με αυτή των τοιχωμάτων, να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος
Ψυκτικό σύστημα αθόρυβης λειτουργίας, τοποθετημένο στην οροφή του ψυκτικού θαλάμου, με αερόψυκτο συμπιεστή κλειστού τύπου (monoblock) που να χρησιμοποιεί ψυκτικό αέριο οικολογικό φιλικό προς το περιβάλλον CFC-FREE (Freon R 452a ή ισοδύναμο/νεότερης γενιάς π.χ. R 290, και αυτόματο σύστημα απόψυξης non-frost, η δε απόρριψη των συμπυκνωμάτων να γίνεται αυτόματα στην αποχέτευση.

Να λειτουργεί με μονοφασική παροχή 230V/50Hz και να αποδίδει ψυκτική ισχύ 700W περίπου ικανή να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου στα επιθυμητά όρια.
"Να διαθέτει χειριστήριο με οθόνη για την ψηφιακή απεικόνιση των τιμών θερμοκρασίας και σφαλμάτων και την εύκολη πλοήγηση στο μενού των παραμέτρων της ψυκτικής μονάδας. Το χειριστήριο να είναι τοποθετημένο ή να συνδέεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση και άνεση χειρισμού από τον χρήστη,

ανάλογα με το ύψος και τη θέση τοποθέτησής του."

Το χειριστήριο να διαθέτει σύστημα επιλογής / ελέγχου θερμοκρασίας, ηλεκτρονικό σύστημα απόψυξης, σύστημα συναγερμού για ανώτατο και κατώτατο όριο θερμοκρασίας με ρύθμιση +/-3oC από την επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας. Επίσης διαθέτει ενδείξεις LED για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ανεμιστήρα και του συμπιεστή. Να παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης του συναγερμού σε απομακρυσμένο σημείο επιτήρησης.

"Να συνοδεύεται από υδραυλικό τροχήλατο μηχανισμό ανύψωσης σωμάτων κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, το οποίο να διαθέτει επιφάνεια ολίσθησης αποτελούμενη από κυλίνδρους υποβοήθησης της ολίσθησης με επίστρωση PVC για αθόρυβη λειτουργία, οι οποίοι να ακινητοποιούνται με φρένο. Να διαθέτει σύστημα ποδοχειρισμού (ένα ή περισσότερα ποδοχειριστήρια) που να εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο της ανύψωσης και της κατάβασης της επιφάνειας ολίσθησης. Μέσω του υδραυλικού μηχανισμού η επιφάνεια ολίσθησης να μπορεί να ακινητοποιηθεί σε οποιοδήποτε ύψος μεταξύ των ορίων 300 έως 1900 χιλ. Περίπου.Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς Ø 125 mm,Οι δύο στην πλευρά του χειρισμού να φέρουν φρένο και οι δυο στην εμπρόσθια πλευρά να είναι κατευθυντήριοι..

"Επιπλέον να διαθέτει στιβαρή εργονομική χειρολαβή προώθησης για τον χειριστή σταθερή ή αποσπώμενη , ευρισκόμενη σε ύψος εύρους 750- 900χιλ.

Οι διαστάσεις του τροχήλατου ανυψωτικού μηχανισμού να είναι 2.350mm μηκος Χ πλατος κατάλληλο για την ασφαλή τοποθέτηση του φορείου φόρτωσης σώματος και το βάρος του να μην ξεπερνα τα 120 κιλά . Να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης σώματος βάρους έως 250 ±20 κιλών.

Τα προσφερόμενα είδη να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύουσα ευρωπαϊκη Νομοθεσια περι σημανσης CE

Επιπλέον:

- Ο προμηθευτής υποχρεούται στη απεγκατάσταση του υφιστάμενου ψυκτικού θαλάμου , την εγκατάσταση του καινούργιου και θα παραδώσει τον ψυκτικό θάλαμο σε πλήρη λειτουργία.

Το κόστος απεγκατάστασης του υφιστάμενου ψυκτικού θαλάμου θα περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και των αναλωσίμων της τακτικής προληπτικής συντήρησης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, με εξαίρεση τυχόν αναλωσίμων χρήσης. Ο χρόνος της εγγύησης θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου πλήρως συναρμολογημένων, εγκατεστημένων και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη από την διακήρυξη εκπαίδευση Χρηστών. Οριστική παραλαβή του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης, από την επιτροπή παραλαβής προς την υπηρεσία, του σχετικού πρωτοκόλλου.

Κατά το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση βλαβών και στις απαιτούμενες εργασίες τακτικής προληπτικής συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων προληπτικής συντήρησης (εξαιρουμένων των αναλωσίμων λειτουργίας-χρήσης). Στο τέλος της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος μετά από προληπτική συντήρηση

ευρισκόμενο σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, όπως κατά την έναρξή της (στην παραλαβή του είδους) και τούτο θα πιστοποιείται με αντίστοιχο δελτίο εργασίας (service report) αυτού.

-Σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης ο χρόνος άφιξης του τεχνικού να ειναι εντος 24ωρων

Επιπλέον να κατατεθεί γραπτή εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη

2. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου (περιλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού) με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή αυτού σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής που δεν θα ξεπερνάει το 10% της τιμής προμήθειας του εξοπλισμού, την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ,η οποία θα κατατεθεί μετά της προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, ως και στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό στην χώρα μας για service κλπ, με βάση το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, του προμηθευόμενου εξοπλισμού. Το εν λόγω κόστος που δεσμεύει με ρητή δήλωσή του τον ανάδοχο, σε μελλοντική σύναψη συμβάσεων και μέχρι την συμπλήρωση δεκαετούς λειτουργίας, δεν επιδέχεται άλλη αναπροσαρμογή πλην της τιμαριθμικής (δηλαδή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω κόστος συμμετέχει στην διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής η οποία με τη σειρά της συνυπολογίζεται στον καθορισμό της συμφερότερης προσφοράς.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πρόγραμμα τακτικής προληπτικής συντήρησης του προσφερόμενου είδους όπως αυτό ορίζεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή με κατάλογο των εργασιών και των υλικών συντήρησης, καταθέτοντας και τα αντίστοιχα φυλλάδια του οίκου επισημαίνοντας (με υπογράμμιση) τις σχετικές παραπομπές.

4. Ο Διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος για τον ανωτέρω εξοπλισμό να καταθέσει λίστα με τυχόν αναλώσιμα χρήσης. Η λίστα των αναλωσίμων χρήσης για τα όποια πρέπει να υπάρχει έγκριση από τον οίκο κατασκευής και διατίθενται στην αγορά με αποκλειστικότητα αυτού, θα συμπεριλαμβάνει και τις τιμές, οι οποίες θα δύναται να ανανεώνεται ανά έτος, (εφόσον προκύψουν συνθήκες που το απαιτούν), κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Ειδικότερα για την περίπτωση όπου ο προμηθευτής και συντηρητής δεν είναι αντιπρόσωπος πώλησης των αναλωσίμων χρήσης, αλλά μόνον εξουσιοδοτημένος πάροχος των υπηρεσιών συντήρησης, τότε αυτός υποχρεούται να καταθέσει τον τιμοκατάλογο, εκ μέρους ή σε συνεργασία με τον αντιπρόσωπο πώλησης των εν λόγω υλικών, με σχετική βεβαίωση - δέσμευση του αντιπροσώπου.

Στην περίπτωση όπου τα αναλώσιμα χρήσης, βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή, δεν υπόκεινται σε αποκλειστικότητα και η διάθεσή τους μπορεί να γίνει από το ελεύθερο εμπόριο χωρίς αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στην καλή λειτουργία του εξοπλισμού, θα αναφέρεται εγγράφως στην προσφορά του.

5. Ο προμηθευτής να διαθέτει, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση και την επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού.

6. Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή τη συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζονται απαράβατοι όροι, οδηγούν σε απόρριψη των προσφορών.

7. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα prospectus χαρακτηρίζονται ως option.

8. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται:

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου.

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου, όπως προσφέρονται.

γ. ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή.

δ. Φύλλο συμμόρφωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι), στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με τη σειρά που αναφέρονται, όλα τα αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών. Να υπάρχουν παραπομπές στα δικαιολογητικά προς απόδειξη των ζητούμενων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με σαφή αναφορά στη σελίδα και την παράγραφο του δικαιολογητικού όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με την εκεί αντίστοιχη επισήμανση. Πιο συγκεκριμένα, είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. δικαιολογητικό ή φυλλάδιο Νο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα, στο δικαιολογητικό ή στο φυλλάδιο αναφοράς, θα υπογραμμίζεται με ακρίβεια το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ε. User Manual του οίκου κατασκευής στην Αγγλική και Ελληνική, ή εναλλακτικά ακριβής μετάφρασή του νομίμως επικυρωμένη.

στ. Ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή νεοτερης έκδοσης

ζ. Τα προσφερόμενα είδη να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύουσα ευρωπαϊκη Νομοθεσία περί σήμανσης CE

η. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί (ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 37001, & ISO14001) .

9. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα original φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται.

Παράδοση - Παραλαβή

1.Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο (για την εγκατάσταση και την πλήρη λειτουργία του) και θα παραδοθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από επίδειξη στους χρήστες.

2.Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου, θα ελεγχθούν από την επιτροπή παραλαβής σε

συνεργασία με τους χρήστες και όπου αυτό είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες(αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής).

3.Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

4.Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

5.Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

6.Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

7.Θα παραδοθεί στους χρήστες έντυπο εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα και οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή.

8.Εάν κατά τη διαδικασία παράδοσης του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου, σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ανακύψουν προβλήματα, ελλείψεις, ή αμφιβολίες ως προς τα ζητούμενα από τον διαγωνισμό, δεν θα συντάσσεται το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, ωσότου αυτά διευθετηθούν. Οι εργασίες, τυχόν ανταλλακτικά και υλικά που θα απαιτηθούν για την διευθέτηση, θα υλοποιηθούν με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.

9.Να υποβληθεί προς αξιολόγηση, κατάλογος εγκατεστημένων νεκροθαλάμων σε δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα

10. Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών

Για το Γραφείο Προμηθειών - Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Μπαλωμένου Πολυξένη

