ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ **ΑΡ ΠΡΩΤ:10544/20-11-2026**

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΛΗΡ. :Πλαστήρα Παν.
ΤΗΛΕΦ. : 26313-60185
Email. : plastiraprom@1703.syzefxis.gov.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ CPV: 33172200-8

ΣΧΕΤ. 1 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε **οικονομική προσφορά** για την προμήθεια των παρακάτω, προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση του προϋπολογισμού για να προχωρήσουμε σε διενέργεια νέου διαγωνισμού :

Η οικονομική προσφορά σας να κατατεθεί έως την 25/11/2026 στις 13:00 π.μ.

Α/Α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ**	**ΜΜ**	**ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ**	**ΚΩΔ. ΕΙΔΩΝ**
1	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	ΤΕΜ	60	10948
2	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 1 CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ MURPHY ΕΥΕ No6	ΤΕΜ	80	1002453
3	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 1 CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ MURPHY ΕΥΕ No6,5	ΤΕΜ	100	1002453
4	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 1 CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ MURPHY ΕΥΕ No 7	ΤΕΜ	1400	1002453
5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 1 CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ MURPHY ΕΥΕ No7,5	ΤΕΜ	1400	1002453
6	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 1 CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ MURPHY ΕΥΕ No8	ΤΕΜ	1400	1002453
7	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 1 CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ MURPHY ΕΥΕ No8,5	ΤΕΜ	100	1002453
8	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 1 CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ MURPHY ΕΥΕ No9	ΤΕΜ	100	1002453
9	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF No 6	ΤΕΜ	100	1000219
10	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF No 6,5	ΤΕΜ	100	1000219

11	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF No 7	ΤΕΜ	200	1000219
12	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF No 7,5	ΤΕΜ	200	1000219
13	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF No 8	ΤΕΜ	200	1000219
14	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF No 8,5	ΤΕΜ	100	1000219
15	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF No 9	ΤΕΜ	100	1000219
16	**ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ** ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ No 3	ΤΕΜ	100	99177
17	**ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ** ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ No 4	ΤΕΜ	200	99177
18	**ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ** ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ No 5	ΤΕΜ	200	99177
19	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ No 3	ΤΕΜ	800	1002452
20	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ No 4	ΤΕΜ	800	1002452
21	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ No 5	ΤΕΜ	800	1002452
22	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	ΤΕΜ	200	10643
23	ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ No 10	ΤΕΜ	60	1001436
24	**ΦΙΛΤΡΑ** ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΥΓΡΑΝΣΗΣ.(ΕΝΗΛΙΚΩΝ).	ΤΕΜ	**6000**	00144
25	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ **ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ No 2,3,4.**	ΤΕΜ	**4.000**	01258
26	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ **ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ No 2,3,4**	ΤΕΜ	**200**	01675,
27	ΑΜΒU ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΤΕΜ	**20**	99853
28	ΑΜΒU ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	**160**	99852
29	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	**ΛΙΤΡΑ**	**800**	01808
30	**ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ-ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ** ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Υ.	ΤΕΜ	**20**	1001437

31	**ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ-ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ** ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ	ΤΕΜ	**50**	1001438
32	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ No 2,3,4,5	ΤΕΜ	**60**	01380
33	ΑΣΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2,3ΛΙΤΡΩΝ	ΤΕΜ	**20**	--------
34	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ – ΑΙΜΑΤΟΣ(ΠΟΥΑΡ) 1000CC	ΤΕΜ	**10**	00450

Α/Α	**ΕΙΔΟΣ**	**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
1	**ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ**	
		1. Σετ κυκλώματος αναισθησιολογικού μηχανήματος μιας χρήσης. 2. από ενισχυμένο κρικοειδή σωλήνα, με ενίσχυση στα άκρα. 3. Τα κυκλώματα να αποτελούνται από αδιαφανείς σωλήνες σπιράλ μήκους από 150cm έως 180cm περίπου, οι οποίοι να είναι σταθερά συνδεδεμένοι μεταξύ τους με συνδετικό 'Υ' το οποίο να φέρει μια οπή για καπνογράφο και μια οπή για την ένδειξη θερμοκρασίας-πίεσης, συνδετικό τύπου "Γ", και 4. από πρόσθετους σωλήνες μήκους από 110cm έως 120cm περίπου και ασκούς κατά περίπτωση. 5. Οι σωληνώσεις να είναι τύπου EVA TUBING, κρικοειδείς εσωτερικά και εξωτερικά για να επιτυγχάνεται κατάλληλη ευκαμψία και ελαστικότητα για τις συνδέσεις τους. 6. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ενισχυμένα για τη σταθερή και ασφαλή σύνδεσή τους με τα μηχανήματα, ώστε να υπάρχει ευκολία και ασφάλεια κατά την διάρκεια της χρήσης των, ενώ 7. θα πρέπει να εφαρμόζουν σε όλα τα μηχανήματα. 8. Τέλος, το σετ να προσφέρεται και με ασκό για ενήλικες χωρητικότητας περίπου 2 λίτρων ή για παιδιά χωρητικότητας περίπου 0,5 λίτρων.
2	Ενδοτραχειακοί σωλήνες με 1 cuff χαμηλής πίεσης , μεγάλου όγκου και Murphy eye	Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από: καθαρό θερμοευαίσθητο PVC με ακτινοσκιερή γραμμή καθ' όλο το μήκος . Οι διαγραμμίσεις και η αρίθμηση να είναι μεγάλες και ευδιάκριτες. Να διαθέτει μαρκάρισμα pre – cut για ρινική ή στοματική διασωλήνωση. Να διαθέτει άκρο στρογγυλεμένο και ατραυματικό. Να διαθέτει οπή MURPHY η οποία να είναι στρογγυλεμένη και ατραυματική . Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου να είναι ευαίσθητο ώστε να παρακολουθεί τις διάφορες αλλαγές πίεσης κατά τον αναπνευστικό κύκλο. Το cuff να είναι υψηλού όγκου και χαμηλής πίεσης, να διευκολύνει την οπτική επαφή κατά την διασωλήνωση .Το cuff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση.Να έχουν cuff "με κωνικό" σχήμα που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να γεμίσει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας ώστε να είναι ατραυματικό.Το cuff να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της επέμβασης

		από τα αναισθητικά αέρια.Να διαθέτει εύχρηστο πιλότο φουσκώματος του cuff, εξαιρετικής ευαισθησίας και μετάδοσης της αίσθησης πληρότητας του μπαλονιού.Επάνω στον οδηγό πιλότο πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.
3	Ενδοτραχειακοί σωλήνες spiral με cuff	Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από καθαρό θερμοευαίσθητο PVC :να διαθέτει ακτινοσκιερή γραμμή καθ' όλο το μήκος (πλήρως διαφανής).Οι διαγραμμίσεις και η αρίθμηση να είναι μεγάλες και ευδιάκριτες.Να διαθέτει άκρο στρογγυλεμένο, ατραυματικό ακτινοεντοπιζόμενο.Να διαθέτει έλασμα ανοξείδωτου χάλυβα, ομοιόμορφα τοποθετημένο σπειροειδώς εσωτερικά του σωλήνα, καθ' όλο το μήκος του.Να διαθέτει οπή MURPHY η οποία να είναι στρογγυλεμένη και ατραυματική.Το cuff να είναι σταθερά συνδεδεμένο στον σωλήνα και να μην μετατοπίζεται, να είναι αδιαφανές για εύκολη οπτική θεώρηση.Να διαθέτει ενισχυμένο μανίκι το οποίο να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να δαγκώσει ο ασθενής τον σωλήνα και να φέρει οδηγό διασωλήνωσης.Να διαθέτει εύχρηστο πιλότο φουσκώματος του cuff, εξαιρετικής ευαισθησίας και μετάδοσης της αίσθησης πληρότητας του μπαλονιού.Το συνδετικό του ενδοτραχειακού να είναι σταθερά συνδεδεμένο στον σωλήνα ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα αποσύνδεσής του. Να διαθέτει διαγραμμίσεις άνωθεν του cuff, προς ένδειξη τοποθέτησης κάτω των φωνητικών χορδών. Να διατίθεται στα παρακάτω νούμερα: β) Νο 5-9
4	Ενδοτραχειακοί σωλήνες ειδικοί για μικρολαρυγγοσκόπηση προκυρτωμένοι με 1 μεγάλο cuff (Νο 4 - 6)	Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό που να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα. Να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιον τρόπο, ώστε να αντέχουν στις πιέσεις κατά την μικρολαρυγγοσκόπηση. Να έχουν ακτινοσκιερή γραμμή.Η καμπύλη του σωλήνα να είναι ανατομική και μαλακή για την άνετη τοποθέτηση του πάνω από το πηγούνι και τα χείλη.Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό, που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF να είναι ιδιαίτερα μεγάλο (κατάλληλο για ενήλικες), έτσι ώστε να παρά τη μικρή διάμετρο του σωλήνα να μην αναπτύσσονται υψηλές πιέσεις.Το CUFF να είναι μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης. Νο 4-6.

5	Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff	Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό που να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου ή σιλικοναρισμένου P.V.C. Να έχουν ακτινοσκιερή γραμμή. Επάνω στον οδηγό πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη τοποθέτηση, αλλά, ο σωλήνας στη θερμοκρασία σώματος να μαλακώνει και αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενή . Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό, που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Να έχουν CUFF "με κωνικό" σχήμα που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να γεμίσει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας ώστε να είναι ατραυματικό. Το CUFF να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.Να προσφέρονται σε διάφορα μεγέθη κατάλληλα για ενήλικες (διαμέτρου 5 έως 9 mm εσωτερικής διαμέτρου)
6	**ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ** Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσης που δεν απαιτεί τη χρήση λαρυγγοσκοπίου	**Η λαρυγγική μάσκα :** -Να είναι μιας χρήσεως. - Να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικό.- Να είναι ατραυματική. **Μεγέθη:**να καλύπτουν τις ανατομικές διαφορές μικρόσωμων, κανονικών και εύσωμων ενηλίκων.
7	Οδηγοί ενδοτραχειακών σωλήνων	Όλων των μεγεθών, σε αποστειρωμένη συσκευασία και σε μεγέθη S,M,L, να αποστειρώνονται(πολλαπλών χρήσεων), εύκαμπτοι, όχι ιδιαίτερα μαλακοί, να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό πλαστικό μη ερεθιστικό και το άκρο τους να είναι ατραυματικό και εύκαμπτο, να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου Β6. Να έχει επιθυμητό σχήμα κατά την διασωλήνωση.
8	Οδηγοί αλλαγής τραχειοσωλήνα	
9	**ΦΙΛΤΡΑ** Αντιμικροβιακά φίλτρα θέρμανσης-ύγρανσης.	**Αντιμικροβιακό φίλτρο θέρμανσης -ύγρανσης:**- Να είναι ταυτόχρονα εναλλάκτης ύγρανσης θέρμανσης. - Να είναι αποστειρωμένο, διαφανές, υδρόφοβο,ελαφρύ σε βάρος (μικρότερο από 30γρ.) και με όγκο μικρότερο από 50ml. - Να έχει υποδοχή για καπνογράφο. - Να έχει αντιμικροβιακή - αντιβακτηριακή ικανότητα βάσει των νέων διεθνών standars, τουλάχιστον 99,99999%. - Να έχει εύχρηστο σχήμα και να κατακρατεί ιούς μικρότερους των 0,023μm. - Να παρουσιάζει χαμηλές αντιστάσεις (μικρότερες από 1,5hPa (cm HZO) με ροή 30 1/min σε 6 ή 24 ώρες. - Το όριο όγκου να είναι από 150-1200ml (tidal volum).Τα ανωτέρω να αναφέρονται αναλυτικά σε μεταφρασμένο prospectus. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

10	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ **ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ**	Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσης, άθραυστοι, από εύκαμπτο και απαλό Nylon, ατραυματικοί, να είναι ειδικά σχεδιασμένοι για το εύκολο πέρασμα του καθετήρα στις αναρροφήσεις, να έχουν χρωματικές ενδείξεις στο επιστόμιο , ανάλογες με το μέγεθός τους οι οποίες να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά δεδομένα(στάνταρ), να διατίθενται σε νούμερα 0-6. Να έχουν στρογγυλεμένο μαλακό και ατραυματικό άκρο. - Να έχουν ανατομικό σχήμα και οι καμπύλες γραμμές τους να είναι φιλικοί με τον ασθενή. Το άκρο να είναι ενισχυμένο, ώστε να διασφαλίζει την αναπνευστική οδό.
11	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ **ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ**	Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό πλαστικό PVC για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής περιοχής, το υλικό να μην κάμπτεται, να συνοδεύεται από παραμάνα για πιο ασφαλή στήριξη, τα άκρα τους που έχουν επαφή με τον ασθενή να είναι μαλακά & στρογγυλεμένα, μιας χρήσης, να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.Όλα τα μεγέθη.
12	**ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ**	Η νατράσβεστος να είναι σχηματοποιημένη ώστε να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια και την μικρότερη δυνατή τριβή.Να αποκλείει τη δημιουργία σκόνης.Να μειώνει την πιθανότητα παραγωγής τοξικών παραγώγων (compoundA).Μονοξείδιο του άνθρακα (Co) , θερμότητα, ξήρανσης. Να χρησιμοποιείται με όλα τα αναισθητικά εισπνοής. Να αναφερθεί και να τεκμηριωθεί το ποσοστό αναρρόφησης διοξειδίου του άνθρακα το οποίο θα ληφθεί υπόψην κατά την αξιολόγηση.
13	**ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ-ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ** Συνδετικό τύπου Υ.	**Το συνδετικό:**-Να είναι διαφανές, σχήματος Υ. - Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, υψηλής ποιότητας υλικό. - Να ταιριάζει στα κυκλώματα των αναισθησιολογικών μηχανημάτων και τους ενδοτραχειακούς σωλήνες.
14	**ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ-ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ** Συνδετικά κρικοειδή	**Το συνδετικό:** - Να είναι διαφανές, ανθεκτικό και γωνιώδες. - Να είναι κατασκευασμένο από σωλήνα κρικοειδή εξωτερικά και λείο εσωτερικά. - Να προσφέρεται με μήκος 12-15cm, διάμετρο 15mm , ένα άκρο 22F και άλλο άκρο22M/15F. - Να ταιριάζει στα κυκλώματα των αναισθησιολογικών μηχανημάτων και τους ενδοτραχειακούς σωλήνες.
15	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 2,3,4,5	
16	ΑΣΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2,3ΛΙΤΡΩΝ	
17	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ –ΑΙΜΑΤΟΣ(ΠΟΥΑΡ) 1000CC	

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ