ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ<<ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ>>
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ Β.
ΔΙΕΥΝΣΗ:ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 87,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τ.Κ.30200
Email:diaxirisiylikou1@1703.syzefxis.gov.gr
Τηλ. 2631360151

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ :27-10-2026

ΑΡ. ΠΡΩΤ:9693

ΠΡΟΣ :ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ:
1.	Οπτική ίνα διπολικού laser 450nm ιατρικής χρήσης κατάλληλη ΩΡΛ χειρουργικές εφαρμογές. Να διαθέτει μήκος 3000χιλ. και διάμετρο 400μm, Να αποτελείται από εξωτερικό φλοιό προστασίας από φθοροπολυμερές, οπτική ίνα σιλικόνης και άκρο σύνδεσης SMA 905 από ανοξείδωτο ατσάλι. Να είναι κατάλληλη για χρήση δέσμης laser φασματικού εύρους:300nm-2400nm. Να διαθέτει μεγίστη μετάδοση ισχύος:200W/mm2 Να διαθέτει ικανότητα μετάδοσης: όχι μικρότερη από 80%. Να διαθέτει δύναμη έντασης : όχι μικρότερη από 4.9N. Να διαθέτει ελάχιστη ακτίνα κάμψης:200χ400μm. Να διαθέτει σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης.	ΤΕΜ.1	ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ**<<ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ>>**